

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同士の無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物品用)

購入仕様書

品名 バックボード 外3件

履行場所 福岡市消防局救急課

履行期間 契約締結の日から
令和8年 9月 30日まで

内 訳

品名	規格	単位	数量	備考
バックボード	(構成品) ・ハイテクバックボード (モデル2010) 1個 ・バックボードストラップ 両締め 5本 ・ヘッドイモビライザー (モデル445) 1個	式	2	指定品 ファーノ・ジャパン・インク日本支社 規格のとおり
医療用かばん①	(構成品) バッグ本体 (付属ポーチ含む) 1個	個	2	指定品 ファーノ・ジャパン・インク日本支社 マックストラウマキットIIモデル5135
医療用かばん②	サイズ：約 370mm×340mm×150mm 材質：コーデュラナイロン カラー：ブルー ・手持ち及び肩掛けができること。 ・かばん内部は取り外し可能な仕切りにより、レイアウトの変更が可能であること。 ・福岡市消防局保有のバックボードヘッドイモビライザー (ファーノ・ジャパン・インク日本支社：モデル445) 及びストラップ (両締めタイプ) 5本が収納可能であること。	個	2	参考品 ファーノ・ジャパン・インク日本支社 トラウマキットモデル5102 と同等品以上であること。

品名	規格	単位	数量	備考
酸素吸入器	(構成) ・ガスサプライバルブ (本体) ・接続アダプタ26/31mm	1個 1個	式 2	指定品 ファーノ・ジャパン・イ ンク日本支社 ガスサプライバルブ

※契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
 消防局警防部救急課
 担当：石本
 電話：092-725-6578

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 視線入力装置
 履行場所 福岡市立南福岡特別支援学校
 履行期間 契約締結の日から 令和8年8月17日まで

品名	規格	単位	数量	備考
視線入力装置	・ WindowsPCに接続できること	台	2	【指定品】 トビー・テクノロジー株式会社 PCEye 5 ※同等品不可 【納品場所】 1階事務室
	・ 27インチモニタに対応できること			
	・ 視線を捉えて以下の操作ができること ①スクリーンキーボード入力操作 ②クリック、ダブルクリック、コピー&ペースト、ドラッグ&ドロップなどのマウス操作 ③画面のスクロール ④ズーム機能			
	・ 持ち運びができること			
	・ 屋外でも使用できること			
	・ 福祉用として使用できること			
	・ Eye Motアプリが使えること			

その他

1. 契約後、下記担当者と打ち合わせること。
2. 配送、契約履行の一切に要する費用を含めること。

<担当者>
 福岡市博多区西月隈5-6-1
 福岡市立南福岡特別支援学校
 担当 新川 祐史
 (電話：581-2242)

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約向への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物品用)

購入仕様書

品名 バッグマスク成人用 外2件

履行場所 福岡市消防局救急課

履行期間 契約締結の日から
令和8年8月31日まで

内 訳

品名	規格	単位	数量	備考
バッグマスク 成人用	(構成品) ・成人用蘇生バッグ(リザーバー付) 1セット ・シリコンカフ フェースマスク大人用No.5 1個 ・収納カバン(ボストン型) 1個 (構成品規格) ・102 06 070 ・102 02 685	式	4	指定品 アンプ社 アンプ蘇生バッグ シリコン製オーバル プラス(成人用)
バッグマスク 小児用	(構成品) ・小児用蘇生バッグ(リザーバー付) 1セット ・シリコンカフ フェースマスク小児用No.2 1個 ・収納カバン(ボストン型) 1個 (構成品規格) ・102 06 080 ・102 02 684	式	2	指定品 アンプ社 アンプ蘇生バッグ シリコン製オーバル プラス(小児用)
バッグマスク 新生児用	(構成品) ・新生児用蘇生バッグ(酸素リザーバーチューブ付) 1セット ・シリコンカフ フェースマスク幼児用No.0 1個 ・収納カバン(ボストン型) 1個 (構成品規格) ・102 03 541 ・102 02 683	式	2	指定品 アンプ社 アンプ蘇生バッグ マークIV(ベビー用)

※契約後、下記担当者と打ち合わせることを。

問い合わせ先

消防局警防部救急課

担当：石本 電話：092-725-6578

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物品用)

購入仕様書

品名 喉頭鏡
 履行場所 福岡市消防局救急課
 履行期間 契約締結の日から
 令和8年8月31日まで

内 訳

品名	規格	単位	数量	備考
喉頭鏡	<p>【ハンドルの仕様】</p> <ul style="list-style-type: none"> 金属製で、使用後は洗浄消毒し再利用可能であること。 ハンドル部に光源があり、ブレードのファイバーを通して先端を点灯させる構造であること。 光源としてLED電球を用いていること。 乾電池駆動であること。 <p>【ブレードの仕様】</p> <ul style="list-style-type: none"> 金属製で、使用後は洗浄消毒し再利用可能であること。 ハンドル部の光源を媒介するファイバーを備えていること。 用途に合わせて必要な種類のブレードが存在すること。 ブレード部分はオートクレーブ滅菌が可能であること。 <p>(構成品)</p> <ul style="list-style-type: none"> 喉頭鏡ハンドル (LED) 1個 ミラー型ブレード 長さ79mm程度 1個 マッキントッシュ型ブレード <ul style="list-style-type: none"> 長さ82mm程度 1個 長さ101mm程度 1個 長さ135mm程度 1個 収納ケース (ソフト) 1個 	式	2	<p>参考品 ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 ウェルチ・アレン喉頭鏡 (LED)</p> <p>【ブレード参考】 ミラー型 サイズ1 マッキントッシュ型 サイズ2 サイズ3 サイズ4</p> <p>と同等品以上。</p>

※同等品で見積もる場合は、入札(見積合わせ)の1営業日前の17時までに、カタログ等の写しを提出して、担当課の了承を得ること。

※契約後、詳細(納入時期、納入場所等)については下記担当者と打ち合わせを行うこと。

問い合わせ先
 消防局警防部救急課
 担当：石本
 電話：092-725-6578

※電子入札システムの見積書受付締切は、開札日の1営業日前17時です。

発注番号 2026006554