※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

（物　品　用）

購入仕様書

件　　名　　人工呼吸用フェイスシールド
履 行 場 所　　消防局予防部防災センター
履 行 期 間　　契約締結の日から令和９年２月28日まで

内　　訳

品　　名	規　　格	単位	数量	備　考
人工呼吸用ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ	・マスクの表面積は200c㎡以上であること ・呼気逆流防止弁（一方向弁）を備えること ・人工呼吸位置に固定できるマウスピース構造を有すること ・傷病者の口元が確認でき、傷病者に直接触れることなく人工呼吸ができるよう、半透明なシートを使用していること ・携帯に適したハードケース入りであること ・個別包装されていること。 ・日本語による取扱説明書を添付していること	個	4,000	【参考品】 株式会社高研 カプシー （品番：LM-077） 同等品以上可

その他

① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の２営業日前15時までに、サンプル及び規格・性能・品質が確認できるカタログ、仕様書その他必要資料を担当課に持参し、事前に規格、性能及び品質が同等以上であることについて担当課の承諾を得ること。

② 製造業者又は販売業者は、過去５年以内に消防機関、地方公共団体、医療機関又は教育機関への納入実績を有すること。
※納入実績を証する書類（契約書写し、納品証明書、受注実績一覧等）の提出を求める場合がある。


③ 疑義が生じた場合や仕様書に定めのない事項については、下記担当者と協議すること。

【連絡先】
消防局予防部防災センター
消防本部６階
中央区舞鶴３丁目９番７号
担当：宮崎
電話：092-791-7151

発注番号 2026013950

カプシー

1箱
20個入



■カプシー（赤）

LM-077

■カプシー（青）

LM-077B


■仕様

カプセル	約 直径2.5×高さ5.4(cm)
シート	約 直径17×高さ2(cm)
吹込み口	約 直径1.6(cm)

心肺蘇生時の人工呼吸用フェイスシールドです。一方向の弁がついており、感染予防に適しています。ケースは薬のカプセルを連想させる形状で、携帯に便利なキーホルダー型です。

特長

- キーホルダー型のフェイスシールドとして、低価格を実現しました。
- フェイスシールドは、丸型で、どの方向からでも装着し吹き込みできます。
- 簡単にご使用でき、軽量タイプです。
- 同封の説明書に心肺蘇生法の手順もついています。



小さなカプセルの中に人工呼吸用フェイスシールドが折り畳まれて入っています。



フェイスシールドは丸形でどの方向からでも装着し吹き込みができます。

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

購入仕様書

件　　名　　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
履行場所　　南区総務部総務課（南区塩原３丁目２５番１号）
履行期間　　契約締結の日から
令和８年12月18日まで

内　　訳

品　名	規　格	単位	数量	備　考
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）	ＡＥＤ一式 ・本体（バッテリー，キャリングバッグ含む） ・成人・小児共用電極パッド ・レスキューキット （タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・ペーパータオル・手袋） ・ＪＲＣ（日本版）ガイドライン2015に対応している機種であること。 ・電極パッド，バッテリー等の使用可否をインジケータに表示し，目視で稼働確認・簡易点検ができること。 ・出力エネルギーについて，２回目以降は自動でエネルギー量を増加させる機種（エネルギー漸増式）であること。	台	1	・参考品 日本光電（株） ＡＥＤ-3200 カルジオライフ ・同等品以上

その他
① 同等品で見積もる場合は，入札（見積り合わせ）の２営業日までに，カタログ等の写しを提出して，担当課の了承を得ること。
② 契約後，下記担当者と打ち合わせること。


問い合わせ先
南区役所総務部総務課
担当　入来（いりき）
電話　092-559-5005

発注番号 2026013468

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

1. 件　　名　　車いす
2. 履 行 場 所　　小規模多機能ホーム　アソシエ和白　外９カ所　（別紙のとおり）
3. 履 行 期 間　　契約締結の日から令和９年１月29日まで
4. 内訳、仕様等

	品　名	規　格	単位	数量	備　考
1	車いす	・自走式 ・介助ブレーキ（バンド式）装備 ・フレーム：アルミ製 ・背もたれ折たたみ式 ・ノーパンク（ハイポリマー）タイヤ ・寸法　下記程度  ※	台	10	【参考品】 日進医療器株式会社 アルミ製スタンダード 車いす自走式　NEO-1

留意事項

・同等品以上で見積もる場合は、入札の２営業日17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当者の承認を得ること。
・契約後、下記担当者と打ち合わせること。
・搬入後不要となった資材や発生した廃棄物等は受注者負担により廃棄処分又は持ち帰ること。
・納品時期の確定後、介護保険課に納品スケジュールの連絡をすること。
・納品時には各施設職員に対して受領確認（受領書等）を行い、受領確認を行った受領書等の書面（写しでも可）を介護保険課へ提出すること。
・本仕様書に疑義がある場合は、契約前に介護保険課職員に質問し、指示又は承認を受けること。なお、契約後における仕様書上の疑義については、市の解釈によるものとする。
・本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議すること。

【問い合わせ先】
福岡市福祉局高齢社会部介護保険課（市役所12階）
担当　今野、木下
TEL　（０９２）７３３－５４５２
FAX　（０９２）７２６－３３２８
E-mail：kaigo-keikaku @city.fukuoka.lg.jp

発注番号 2026014210

別紙

	施設名	住所	数量
1	小規模多機能ホーム　アソシエ和白	福岡市東区和白東 1-25-11	1
2	多機能ケアホーム　りんごの里	福岡市博多区井相田 3-1-20	1
3	看護小規模多機能　もみじの里	福岡市西区橋本 1 丁目 3 番 30 号	1
4	ケアホーム花うさぎ大橋	福岡市南区大橋３丁目１９-１	1
5	グループホームひまわり大楠	福岡市南区大楠 1-17-7	1
6	グループホーム　ツーハーツ	福岡市早良区次郎丸 5-18-28	1
7	有料老人ホームツーハーツⅠ	福岡市早良区次郎丸 5-18-28	1
8	住宅型有料老人ホームツーハーツⅢ	福岡市早良区次郎丸 5-18-30	1
9	グランドハウス梅林	福岡市城南区梅林４-6-14	1
10	看護小規模多機能型居宅介護　香風館	福岡市東区香住ヶ丘 1-7-3	1

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件　　名　　交通安全啓発用機材（クイックアーム）
履 行 場 所　　市民局生活安全部防犯・交通安全課
履 行 期 間　　契約締結の日から　令和９年１月２９日まで

内　　訳

	品　名	規　格	単位	数量	備　考
1	交通安全啓発用機材（クイックアーム）	1. ランプ等による視覚刺激に対する利用者の反応速度を測定できること。 2. 左右複数箇所の操作部においてランダムに発生する刺激に対し、利用者が操作を行うことで測定できる構造であること。 3. 測定結果を印刷できること。 4. 持ち運びが可能であり、講習会等（年60回程度）で繰り返し使用できる耐久性を有すること。 5. 一般家庭用電源（AC100V）で使用可能であること。 6. 日本語による取扱説明書を付属すること。 7. 新品であること。	台	2	指定品： イーティーエフ株式会社 Quick Arm（クイックアーム） ＥＦ－１１００

そ　の　他
① 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
市民局生活安全部防犯・交通安全課
（市役所内　７階）
担当：垣添、北里
電話：092-711-4061

発注番号 2026014415