※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件　　名　　風向風速発信器

履行場所　　東測定局（福岡市東区筥松４丁目21　箱崎中学校校庭）　外１箇所
・東測定局（福岡市東区筥松４丁目21　箱崎中学校校庭）
・南測定局（福岡市南区塩原１丁目27　塩原小学校校庭）

履行期間　　契約締結の日から令和９年３月15日

内　　訳

	品　名	規　格	単位	数量	備　考
1	風向風速発信器	・風向・風速の測定及び測定データ発信が行えること。 ・東測定局及び南測定局に設置している光進電気工業株式会社製　風向風速記録器MVS-350D型へ測定データの発信が正常に行えること。	台	2	＜指定品＞ ・風向風速発信器 光進電気工業株式会社 MVS-300 ・雷等の異常電圧・電流から機器を保護するアレスター装置及びその付属品（MVS-350D用）を含む。 ・履行範囲、提出書類等は特記仕様書のとおり。

その他
・設置場所については、図面のとおり。
・契約後、下記担当者と打ち合わせること。

【問い合わせ先】
環境局環境共生部環境保全課
市役所内　13階
担当：湯川
電話：092-733-5386

発注番号 2026014346

特記仕様書

1　機種及び数量

風向風速発信器　　２台

2　履行範囲

風向風速発信器（気象業務法による検定済み、かつ出荷前性能試験に合格したもの）の搬入・設置・調整試運転、風向風速記録器・テレメータへの接続及び出力信号の確認までの一切とし、既設測定機器の撤去及び処分を含む。

3　提出書類

検定証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
出荷前性能試験成績書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部　×２
メンテナンス用マニュアル（トラブルシューティング）・・１部
設置状況を記録した作業報告書・・・・・・・・・・・・・１部

4　留意事項

（１）機器設置の日程については、本市職員と協議のうえ決定すること。
（２）履行期間中、万一機器に損害を与えた場合は、受注者の責任において処理すること。
（３）テレメータへの接続については、システム側回路図を確認の上、テレメータ本体の指定の位置に接続する。接続後はデータ及び信号の出力確認をセンターとの間で必ず行うこと。
（４）高所作業を伴うので安全には十分注意すること。なお、作業にあたり高所作業車及び足場が必要な場合は、受注者で準備すること。
（５）機器の設置及び既設機器の処分については、本市職員と協議のうえ行うこと。
（６）この仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、直ちに本市職員の指示を受けること。

5　保証


保証期間は、本市職員による検査終了から１年間とし、保証期間内に機能上の欠陥による障害が発生したときには、無償で速やかに対応すること。


図面【東測定局】













図面【南測定局】









※「発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

(物 品 用)

購入仕様書

1. 件　　名　微量高速冷却遠心機
2. 履 行 場 所　保健医療局保健環境研究所保健科学課
3. 履 行 期 間　契約締結の日　から　令和9年2月26日　まで
4. 品名・規格　下記のとおり

記

品　名	規　格	数量	単位	備　考
微量高速 冷却 遠心機	冷媒にフロン類を使用しないこと。 回転数設定範囲が3,000～15,000rpmに対応していること。 温度設定範囲が-5～+30℃に対応していること。 時間設定範囲が10sec～30minに対応していること。 同時に2mLチューブを48本以上遠心できること。 ローターラック(型番:AR005-24、AR015-24　メーカー:株式会社トミー精工)が使用できること。 形状が床置きタイプであること。 装置のサイズが(W400×D500×H1000mm以内)であること。 電源が100Vであること。 以下3点を付属すること。 ・ラックインローター　1点 ・ローターラック(1)　1点 ・ローターラック(2)　1点	1	式	指定品 微量高速冷却遠心機 MDX-310F 株式会社トミー精工 ラックインローター CA-300 株式会社トミー精工 ローターラック(1) AR005-24 株式会社トミー精工 ローターラック(2) AR015-24 株式会社トミー精工 ※同等品不可

5. その他

(1)契約後、下記担当者と納品日を打ち合わせること。
(2)設置場所は、保健医療局保健環境研究所3階の病理血清試験室とする。
(3)納入据付後、正常に動作することを確認するとともに、取扱説明を行うこと。
(4)説明書及びその他機器の作動に係る付属品及び搬入・設置調整(設置場所にある既存機器〔Kubota1720／RA-1106J〕の移動も含む)に関わる費用は見積もりに含むこと。
(5)故障時のメンテナンス・修理等のサポートが迅速に受けられるようにすること。
(6)納品後1年間に生じた故障、動作不良等の瑕疵には無償で修理、取り換え等を行うこと。

【担当者】保健医療局保健環境研究所保健科学課
(福岡市中央区地行浜2丁目1番34号)
担当:熊本、久保田　／電話:092-831-0683

発注番号 2026014295

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物 品 用)

購入仕様書

件　　名　　卓上遠心機

履 行 場 所　　福岡市保健医療局食品衛生検査所
福岡市中央区長浜３丁目１１番３号（鮮魚市場会館１２階）

履 行 期 間　　契約締結の日から
令和９年１月２９日まで

品名	規格	単位	数量	備考
卓上 遠心機	○回転速度設定範囲が 200～6,000rpm 以上であること ○遠心力設定範囲が 10～5,350×g 以上であること ○タイマー設定機能を有すること ○回転数及び時間が表示されること ○寸法が幅 44×横 53×高さ 32 cm（ドア開放時 76 cm）以内であること ○電源が単相 AC100V、60Hz、15A で使用できること ○以下の付属品を１組ずつ付属すること ・スイングローター ・ステンレスバケット（4 個 1 組） ・15ml コニカル管 X32 チューブラック(4 個 1 組) ・50ml コニカル管 X16 チューブラック(4 個 1 組) ・100ml X4 チューブラック(4 個 1 組)	式	1	【参考品】 久保田商事株式会社 ・卓上遠心機（本体） S500T ・スイングローター ST-724M ・ステンレスバケット 053-5820 ・15ml コニカル管 X32 チューブラック 055-4780 ・50ml コニカル管 X16 チューブラック 055-6070 ・100ml X4 チューブラック 055-4770 と同等品以上

ア）落札後、下記担当者に連絡して、納品日時等について協議のうえ決定すること。
イ）搬入・組立・据付・調整及び梱包物の廃棄処分に関するすべての作業を含むこと。
ウ）同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の２営業日前 17 時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。

問い合わせ先
福岡市保健医療局生活衛生部食品衛生検査所
担当：坂田、久保田
〒810-0072
福岡市中央区長浜３丁目 11-3
TEL：092-711-6440　　FAX：092-711-6439

発注番号 2026014173

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件　　名　　真空吸引装置

履行場所　　保健医療局保健環境研究所環境科学課
(福岡市中央区地行浜2丁目1番34号 5階)

履行期間　　契約締結日から令和9年1月29日まで

内　　訳

品　名	規　格	単位 数量	備　考
真空吸引装置	構成品 (1) 真空吸引装置本体 ・ルアースロットを有し、市販の核酸抽出用スピンカラムを接続し、真空処理が可能であること。 ・スピンカラム20本以上を同時に並列処理できる構造であること。 ・アルコール類、次亜塩素酸ナトリウム、酸及びアルカリに対する耐薬品性を有すること。 (2) 配管・廃液回収装置 ・真空吸引装置本体と真空ポンプの間を気密接続するためのチューブであること。 ・配管と接続できる廃液ボトルを付属すること。 ・吸引した廃液を廃液ボトルに安全に回収できること。 ・吸引圧のモニタリングを行えること。 (3) 真空ポンプ ・オイルレス・ダイヤフラム式ドライポンプであること。 ・到達圧力：8 mbar(abs)以下又は同等以上であること。 ・廃棄速度：20 L/min以上。 ・電源：AC100V、60Hz対応。	1式	参考品 株式会社キアゲン (1) 真空吸引装置本体：QIAvac 24 Plus (型番:19413) (2) 配管・廃液回収装置：QIAvac Connecting System (型番:19419) (3) 真空ポンプ：Vacuum Pump (型番:9003250または84000) (4) バルブ VacValves (型番:19408) と同等品以上

発注番号 2026014341

	・真空吸引装置本体及び配管・廃液回収装置と接続して使用できること。 （4）バルブ ・真空吸引装置本体に接続し、真空圧を調節できること。 ・有機溶媒等に耐久性がある樹脂製であること。 ・標準的なオス/メスのルアーコネクタ規格に準拠し、核酸抽出用スピンカラムが気密性を保ったまま確実に着脱可能であること。 ・真空吸引装置本体の並列処理可能数以上の個数であること。		

その他

① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積もり合わせ）の2営業日前14時までに、カタログやサンプル等を持参し、担当課の了承後、入札（見積もり合わせ）に参加すること。
② 搬入、据付及び装置の作動にかかる付属品の費用を含むこと。
③ 契約後、下記担当者と打ち合わせすること。

【連絡先】　保健医療局保健環境研究所環境科学課
（福岡市中央区地行浜2丁目1番34号 5階）
担当：中山、島田
電話：092-831-0697

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

5

仕様書

1　件名　　風向風速記録器故障修理

2　履行場所　　東測定局　外１箇所

・東測定局（福岡市東区筥松４丁目 21　箱崎中学校校庭）

・南測定局（福岡市南区塩原１丁目 27　塩原小学校校庭）

3　履行期間　　契約締結の日から令和９年３月 15 日まで

4　修理対象機器・数量

風光風速記録器　MVS-350D 型　光進電気工業株式会社製

・東測定局（機械番号：MS2073）　１台

・南測定局（機械番号：MS2072）　１台

5　修理内容

東測定局及び南測定局に設置している修理対象機器について、故障箇所を修理し、修理後は調整及び試運転を行い、データ通信が正常に行えること等装置が正常稼働することを確認する。

（１）東測定局

①故障状況

デジタル出力に異常があり時計合わせができない。

②処置方法

③に示す部品の交換、各部点検・清掃及び総合動作確認

③要交換部品

品名	メーカー名	コード No.	数量
IP 変換基板	光進電気工業株式会社	V02-363@	1

（２）南測定局

①故障状況

IP 変換器の電源 LED が点灯していないため動作しない。記録はするがデータが変化しない。

②処置方法

③に示す部品の交換、各部点検・清掃及び総合動作確認

③要交換部品

品名	メーカー名	コード No.	数量
マザーボード	光進電気工業株式会社	V00-050	1
風向風速入力回路	光進電気工業株式会社	V02-126@	1
IP 変換基板	光進電気工業株式会社	V02-363@	1

発注番号 2026014366

6　その他

・各測定局において作業を行う際はあらかじめ担当者に連絡すること。

・修理終了後は修理報告書及び検査成績書を測定局ごとに１部提出すること。

・履行期間中、万一機器に損害を与えた場合は受注者の責任において処理すること。

・この仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、担当者と協議し、指示を受けること。

担当
福岡市環境局環境共生部環境保全課（本庁 13 階）
大気環境対策係　湯川
ＴＥＬ　092-733-5386　　ＦＡＸ　092-733-5592

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件　　名　　電気マッフル炉
履 行 場 所　　保健医療局保健環境研究所環境科学課
履 行 期 間　　契約締結の日から　令和９年３月１５日まで
品 名・規 格　　下記のとおり

記

品　名	規　格	単位	数量	備　考
電気マッフル炉	① 使用温度範囲　100℃～1150℃以上 ② 温度調節精度　±1.5℃以下 ③ 温度分布精度　±4.0℃以下 ④ 外形寸法 W540mm×D615mm×H650 mm　以内 ⑤ 炉内寸法 W200mm×D250mm×H150mm　以上 ⑥ 運転形態　定値運転及びプログラム運転機能を有すること ⑦ 安全装置　独立過熱防止装置及び過電流・漏電ブレーカーを有すること ⑧ 電源　AC100V で使用できること ⑨ 付属品　炉床板、排気口ふた　一式	台	1	参考品 ・アドバンテック東洋株式会社製　FUW230PB ・ヤマト科学株式会社製　FP303

そ　の　他
・新品未使用品であること。
・保証書及び取扱説明書を添付すること。
・設置場所は保健医療局保健環境研究所５階の大気分析室（３）とすること。
・既存の電気マッフル炉（アドバンテック東洋株式会社製 KM-280）を引き取ること。
・同等品以上可。ただし、上記参考品以外で見積りする場合は、入札（見積合わせ）の２営業日前１７時までに、カタログ等を持参し、担当課の了承を得ること。
・契約後、下記担当者と納入日を打ち合わせ、納入時には据付調整を行い正常な動作を確認すること。
・納入された製品の使用中に発生した１年以内の故障については、その修理、調整等責任をもって無償で行うこと。

【連絡先】
保健医療局保健環境研究所環境科学課大気担当
（福岡市中央区地行浜二丁目１番３４号５階）
担当：平田、藤瀬
電話：092-831-0697

発注番号 2026014149

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件　　名　　卓上型ｐＨメータ（指示部）
履 行 場 所　　保健医療局保健環境研究所環境科学課
履 行 期 間　　契約締結の日から　令和９年３月１５日まで
品 名・規 格　　下記のとおり

記

品　名	規　格	単位 数量	備　考
卓上型ｐＨメータ （指示部）	（１）計量法に基づく検定に合格し、検定証印を付したものであること （２）表示分解能が0.001pH以上であること。 （３）自動温度補償機能を有すること。 （４）低導電率試料（導電率5μS/cm程度の降水試料）の測定が可能であること。 （５）株式会社堀場製作所製のｐＨ電極（型式：9630-10D）及び電気伝導率用セル（型式：3552-10D）と互換性があること。	一式	指定品 株式会社堀場製作所製 卓上型ｐＨメータ　F-74

そ　の　他
① 新品未使用品であること。
② 保証書及び取扱説明書を添付すること。
③ 契約後、下記担当者と納入日を打ち合わせ、納入時には据付調整を行い正常な動作を確認すること。
④ 納入された製品の使用中に発生した１年以内の故障については、その修理、調整等責任をもって無償で行うこと。

【連絡先】
保健医療局保健環境研究所環境科学課大気担当
（福岡市中央区地行浜二丁目１番３４号５階）
担当：平田、藤瀬
電話：092-831-0697

発注番号　2026014145